

<b>Nom</b> DIAKITE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 882	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 83 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 73 %



Courbe n°1 ★



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,01 L	4,36 L	91,97 %
VEMS	3,93 L	3,66 L	107,38 %
DEP	10,46 L/s	9,68 L/s	108,06 %
VEMS/CVF	98,00 %	81,84 %	119,75 %
Durée d'expiration	2,19 s	-	
DEMM	6,66 L/s	4,83 L/s	137,89 %
DEMM/CVF	1,66 s-1	0,96 s-1	172,92 %
DE75	9,75 L/s	8,27 L/s	117,90 %
DE50	7,28 L/s	5,40 L/s	134,81 %
DE25	3,46 L/s	2,47 L/s	140,08 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: