

<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DJOMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/05/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1467	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 48 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,84 L	4,50 L	85,33 %
VEMS	3,83 L	3,89 L	98,46 %
DEP	10,20 L/s	-	-
VEMS/ CVF	99,74 %	85,91 %	116,10 %
Durée d'expiration	1,12 s	-	-
DEMM	4,60 L/s	4,51 L/s	102,00 %
DEMM/ CVF	1,20 s-1	1,00 s-1	120,00 %
DE75	9,40 L/s	-	-
DE50	4,11 L/s	-	-
DE25	2,62 L/s	-	-