

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom IBRAHIMA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2003</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 21 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 624</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 169 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 65 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 70 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,98 L	3,55 L	4,12 L	86,17 %
VEMS	1,88 L	3,55 L	3,52 L	100,85 %
DEP	2,41 L/s	6,36 L/s	9,47 L/s	67,16 %
VEMS/ CVF	94,95 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,28 s	1,09 s	-	
DEMM	2,02 L/s	5,04 L/s	4,91 L/s	102,65 %
DEMM/ CVF	1,02 s-1	1,42 s-1	1,04 s-1	136,54 %
DE75	2,38 L/s	6,18 L/s	8,03 L/s	76,96 %
DE50	2,06 L/s	5,35 L/s	5,28 L/s	101,33 %
DE25	1,53 L/s	3,28 L/s	2,42 L/s	135,54 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: