

<b>Nom</b> DIAKITE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1987	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 01456	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 158 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,5 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %



~ Courbe n°1 ★  
~ Courbe n°2



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,68 L	4,06 L	69,95 %
VEMS	2,64 L	2,47 L	3,47 L	76,08 %
DEP	7,63 L/s	7,36 L/s	-	-
VEMS/ CVF	92,96 %	92,16 %	84,48 %	110,04 %
Durée d'expiration	2,24 s	2,10 s	-	-
DEMM	3,88 L/s	3,64 L/s	3,99 L/s	97,24 %
DEMM/ CVF	1,37 s-1	1,36 s-1	0,98 s-1	139,80 %
DE75	7,37 L/s	7,11 L/s	-	-
DE50	4,07 L/s	4,07 L/s	-	-
DE25	1,81 L/s	1,66 L/s	-	-

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: