



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KESSERY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1983	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1579	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,01 L	3,38 L	3,74 L	3,74 L	100,00 %
VEMS	0,01 L	3,37 L	3,73 L	3,07 L	121,50 %
DEP	0,10 L/s	4,93 L/s	7,66 L/s	8,17 L/s	93,76 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,70 %	99,73 %	81,74 %	122,01 %
Durée d'expiration	2,41 s	1,31 s	1,25 s	-	
DEMM	0,04 L/s	4,57 L/s	5,68 L/s	3,33 L/s	170,57 %
DEMM/ CVF	4,00 s-1	1,35 s-1	1,52 s-1	0,89 s-1	170,79 %
DE75	0,09 L/s	3,97 L/s	7,57 L/s	-	
DE50	0,07 L/s	4,80 L/s	5,90 L/s	-	
DE25	0,08 L/s	3,95 L/s	3,69 L/s	-	