

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VAMOUGNE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1427	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Humidité : 49 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,04 L	4,91 L	82,28 %
VEMS	3,53 L	4,13 L	85,47 %
DEP	6,02 L/s	9,21 L/s	65,36 %
VEMS/ CVF	87,38 %	84,08 %	103,92 %
Durée d'expiration	1,90 s	-	
DEMM	4,10 L/s	4,47 L/s	91,72 %
DEMM/ CVF	1,01 s-1	0,91 s-1	110,99 %
DE75	5,74 L/s	7,12 L/s	80,62 %
DE50	4,17 L/s	5,24 L/s	79,58 %
DE25	2,11 L/s	2,25 L/s	93,78 %