

**Nom** KPOGHOMOU  
**Prénom** ANTOINETTE  
**Né le** 01/01/1995  
**Age** 29 Ans  
**Genre** Féminin  
**ID** 978  
**Taille** 169 cm  
**Poids** 89 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** ELECTRICIEN  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,2 °C

Pression atmosphérique : 93 kPa

Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,66 L	3,07 L	2,00 L	3,82 L	80,37 %
VEMS	2,58 L	2,81 L	2,00 L	3,24 L	86,73 %
DÉP	4,67 L/s	5,91 L/s	3,46 L/s	6,82 L/s	86,66 %
VEMS/ CVF	96,99 %	91,53 %	100,00 %	84,90 %	107,81 %
Durée d'expiration	1,47 s	1,67 s	4,65 s	-	
DEMM	3,84 L/s	3,81 L/s	3,34 L/s	3,76 L/s	101,33 %
DEMM/ CVF	1,44 s <sup>-1</sup>	1,24 s <sup>-1</sup>	1,67 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	126,53 %
DE75	4,38 L/s	5,67 L/s	3,27 L/s	6,41 L/s	88,46 %
DE50	4,28 L/s	4,87 L/s	3,26 L/s	4,29 L/s	113,52 %
DE25	2,11 L/s	1,71 L/s	3,07 L/s	2,02 L/s	84,65 %