

<b>Nom</b> JINWEI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZHANG	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/04/1982	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7424	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 74 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,76 L	3,54 L	3,76 L	4,21 L	89,31 %
VEMS	3,66 L	3,50 L	3,62 L	3,49 L	104,87 %
DEP	8,61 L/s	8,60 L/s	8,64 L/s	8,63 L/s	99,77 %
VEMS/CVF	97,34 %	98,87 %	96,28 %	79,51 %	122,42 %
Durée d'expiration	1,41 s	1,35 s	2,02 s	-	
DEMM	5,20 L/s	5,61 L/s	4,71 L/s	4,12 L/s	126,21 %
DEMM/CVF	1,38 s-1	1,58 s-1	1,25 s-1	0,98 s-1	140,82 %
DE75	7,71 L/s	8,31 L/s	8,13 L/s	7,45 L/s	103,49 %
DE50	5,60 L/s	6,19 L/s	4,93 L/s	4,69 L/s	119,40 %
DE25	2,97 L/s	3,35 L/s	2,55 L/s	1,92 L/s	154,69 %