



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 270	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 89 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,51 L	4,25 L	82,59 %
VEMS	2,95 L	3,57 L	82,63 %
DEP	6,70 L/s	8,77 L/s	76,40 %
VEMS/ CVF	84,05 %	80,59 %	104,29 %
Durée d'expiration	3,74 s	-	
DEMM	3,87 L/s	4,34 L/s	89,17 %
DEMM/ CVF	1,10 s-1	1,02 s-1	107,84 %
DE75	6,17 L/s	7,52 L/s	82,05 %
DE50	4,52 L/s	4,80 L/s	94,17 %
DE25	1,58 L/s	2,03 L/s	77,83 %