

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 892	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,7 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %



Courbe n°1 ★



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,61 L	4,12 L	87,62 %
VEMS	3,61 L	3,46 L	104,34 %
DEP	12,05 L/s	9,35 L/s	128,88 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,48 %	122,73 %
Durée d'expiration	1,07 s	-	
DEMM	7,55 L/s	4,67 L/s	161,67 %
DEMM/ CVF	2,09 s-1	0,99 s-1	211,11 %
DE75	10,42 L/s	7,99 L/s	130,41 %
DE50	8,40 L/s	5,18 L/s	162,16 %
DE25	4,15 L/s	2,31 L/s	179,65 %