

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 747	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 63 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,85 L	3,37 L	84,57 %
VEMS	2,84 L	2,87 L	98,95 %
DEP	6,71 L/s	8,38 L/s	80,07 %
VEMS/ CVF	99,65 %	80,77 %	123,38 %
Durée d'expiration	1,43 s	-	
DEMM	5,04 L/s	4,24 L/s	118,87 %
DEMM/ CVF	1,77 s-1	1,10 s-1	160,91 %
DE75	6,50 L/s	7,17 L/s	90,66 %
DE50	5,55 L/s	4,56 L/s	121,71 %
DE25	2,81 L/s	1,87 L/s	150,27 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: