

Nom CONDE	Adresse
Prénom SIDIKI	Exposition
Né le 01/01/1979	Profession MANOEUVRE
Age 45 Ans	Entreprise CR18
Genre Masculin	Service
ID 1100	Fumeur Non fumeur
Taille 160 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 67 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,45 L	3,48 L	3,22 L	107,14 %
VEMS	3,31 L	3,19 L	2,68 L	123,51 %
DEP	9,28 L/s	8,93 L/s	8,05 L/s	115,28 %
VEMS/CVF	95,94 %	91,67 %	79,16 %	121,20 %
Durée d'expiration	2,31 s	2,39 s	-	
DEMM	4,58 L/s	4,19 L/s	3,87 L/s	118,35 %
DEMM/CVF	1,33 s-1	1,20 s-1	1,05 s-1	126,67 %
DE75	8,65 L/s	6,58 L/s	6,96 L/s	124,28 %
DE50	6,31 L/s	5,44 L/s	4,32 L/s	146,06 %
DE25	2,54 L/s	1,14 L/s	1,66 L/s	153,01 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: