

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 949	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 66 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,74 L	4,19 L	65,39 %
VEMS	2,18 L	2,58 L	3,58 L	72,07 %
DEP	5,19 L/s	5,00 L/s	9,55 L/s	52,36 %
VEMS/ CVF	97,76 %	94,16 %	82,56 %	114,05 %
Durée d'expiration	1,71 s	4,00 s	-	
DEMM	3,92 L/s	4,22 L/s	4,91 L/s	85,95 %
DEMM/ CVF	1,76 s-1	1,54 s-1	1,02 s-1	150,98 %
DE75	3,48 L/s	4,69 L/s	8,11 L/s	57,83 %
DE50	4,08 L/s	4,41 L/s	5,33 L/s	82,74 %
DE25	2,49 L/s	2,80 L/s	2,44 L/s	114,75 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: