



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 52	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,64 L	3,43 L	2,28 L	4,71 L	72,82 %
VEMS	2,04 L	3,38 L	2,28 L	3,92 L	86,22 %
DEP	2,73 L/s	5,30 L/s	4,76 L/s	9,26 L/s	57,24 %
VEMS/ CVF	77,27 %	98,54 %	100,00 %	80,59 %	122,27 %
Durée d'expiration	2,01 s	2,23 s	0,92 s	-	
DEMM	1,84 L/s	3,37 L/s	4,24 L/s	4,49 L/s	75,06 %
DEMM/ CVF	0,70 s-1	0,98 s-1	1,86 s-1	0,95 s-1	103,16 %
DE75	2,57 L/s	1,56 L/s	4,69 L/s	7,96 L/s	19,60 %
DE50	1,65 L/s	5,06 L/s	4,28 L/s	5,10 L/s	99,22 %
DE25	1,79 L/s	2,86 L/s	3,49 L/s	2,23 L/s	128,25 %