

**Nom** KONATE  
**Prénom** OUSMANE  
**Né le** 10/06/1988  
**Age** 36 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 4401  
**Taille** 171 cm  
**Poids** 91 kg  
**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** BAH OUMOU SALAMATA

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MASSON  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 32,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,20 L	3,97 L	80,60 %
VEMS	3,16 L	3,32 L	95,18 %
DÉP	7,54 L/s	9,12 L/s	82,68 %
VEMS/CVF	98,75 %	80,77 %	122,26 %
Durée d'expiration	1,40 s	-	
DEMM	5,88 L/s	4,48 L/s	131,25 %
DEMM/CVF	1,84 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	187,76 %
DE75	7,17 L/s	7,82 L/s	91,69 %
DE50	6,21 L/s	5,02 L/s	123,71 %
DE25	3,48 L/s	2,18 L/s	159,63 %