

<b>Nom</b> BAMBA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1031	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 63 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,85 L	4,02 L	95,77 %
VEMS	3,60 L	3,45 L	104,35 %
DEP	8,11 L/s	9,34 L/s	86,83 %
VEMS/ CVF	93,51 %	82,74 %	113,02 %
Durée d'expiration	1,86 s	-	
DEMM	4,96 L/s	4,87 L/s	101,85 %
DEMM/ CVF	1,29 s-1	1,05 s-1	122,86 %
DE75	7,77 L/s	7,92 L/s	98,11 %
DE50	5,59 L/s	5,21 L/s	107,29 %
DE25	2,33 L/s	2,36 L/s	98,73 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: