

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9293	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 76 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	3,50 L	3,11 L	3,97 L	88,16 %
VEMS	3,02 L	3,10 L	2,71 L	3,25 L	95,38 %
DEP	5,51 L/s	4,76 L/s	3,67 L/s	8,54 L/s	55,74 %
VEMS/CVF	90,96 %	88,57 %	87,14 %	81,74 %	108,36 %
Durée d'expiration	2,89 s	3,17 s	3,09 s	-	
DEMM	4,18 L/s	3,49 L/s	3,11 L/s	3,47 L/s	100,58 %
DEMM/CVF	1,26 s-1	1,00 s-1	1,00 s-1	0,87 s-1	114,94 %
DE75	5,34 L/s	4,39 L/s	3,04 L/s	-	
DE50	4,47 L/s	3,82 L/s	3,59 L/s	-	
DE25	2,57 L/s	2,35 L/s	2,02 L/s	-	