



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1981	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 351	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 697,6 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,29 L	2,55 L	2,52 L	4,29 L	58,74 %
VEMS	2,29 L	2,55 L	2,52 L	3,42 L	73,68 %
DEP	8,65 L/s	3,84 L/s	6,65 L/s	8,84 L/s	75,23 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	79,18 %	126,29 %
Durée d'expiration	0,73 s	1,04 s	1,09 s	-	
DEMM	4,85 L/s	3,55 L/s	4,80 L/s	3,30 L/s	145,45 %
DEMM/ CVF	2,12 s-1	1,39 s-1	1,90 s-1	0,77 s-1	246,75 %
DE75	8,02 L/s	3,68 L/s	6,12 L/s	-	
DE50	5,10 L/s	3,61 L/s	5,08 L/s	-	
DE25	4,25 L/s	3,05 L/s	3,34 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: