

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1122	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,89 L	4,12 L	94,42 %
VEMS	3,89 L	3,52 L	110,51 %
DEP	8,50 L/s	9,47 L/s	89,76 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,88 s	-	
DEMM	7,06 L/s	4,91 L/s	143,79 %
DEMM/ CVF	1,81 s-1	1,04 s-1	174,04 %
DE75	8,20 L/s	8,03 L/s	102,12 %
DE50	7,07 L/s	5,28 L/s	133,90 %
DE25	4,98 L/s	2,42 L/s	205,79 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: