



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 23/10/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3777	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 30 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	0,01 L	2,16 L	2,18 L	2,09 L	4,00 L	54,50 %
VEMS	0,01 L	2,14 L	2,18 L	2,08 L	3,42 L	63,74 %
DEP	0,20 L/s	5,18 L/s	6,08 L/s	6,03 L/s	8,78 L/s	69,25 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,07 %	100,00 %	99,52 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	0,10 s	1,28 s	1,20 s	1,28 s	-	
DEMM	0,16 L/s	3,58 L/s	4,54 L/s	4,48 L/s	4,01 L/s	113,22 %
DEMM/ CVF	16,00 s-1	1,66 s-1	2,08 s-1	2,14 s-1	1,00 s-1	208,00 %
DE75	0,20 L/s	4,82 L/s	5,93 L/s	5,56 L/s	-	
DE50	0,17 L/s	3,85 L/s	4,91 L/s	4,89 L/s	-	
DE25	0,10 L/s	1,89 L/s	2,61 L/s	3,03 L/s	-	