

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Nom</b> TRAORE                     | <b>Adresse</b>                           |
| <b>Prénom</b> IBRAHIMA                | <b>Exposition</b>                        |
| <b>Né le</b> 01/01/1999               | <b>Profession</b> RIGGER                 |
| <b>Age</b> 26 Ans                     | <b>Entreprise</b> CR18                   |
| <b>Genre</b> Masculin                 | <b>Service</b>                           |
| <b>ID</b> 4472                        | <b>Fumeur</b> Non fumeur                 |
| <b>Taille</b> 164 cm                  | <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine |
| <b>Poids</b> 60 kg                    | <b>Prescripteur:</b>                     |
| <b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal | <b>Smoking Pack Years</b> : 0            |
| <b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA   |  |





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,1 °C  
 Pression atmosphérique : 94,9 kPa  
 Humidité : 48 %



| Nom                | Courbe n°1           | Courbe n°2           | Courbe n°3 (Validée) | Prédits              | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| CVF                | 1,96 L               | 2,41 L               | 2,86 L               | 3,85 L               | 74,29 %   |
| VEMS               | 1,96 L               | 2,41 L               | 2,86 L               | 3,31 L               | 86,40 %   |
| DÉP                | 6,08 L/s             | 5,76 L/s             | 7,14 L/s             | 9,12 L/s             | 78,29 %   |
| VEMS/CVF           | 100,00 %             | 100,00 %             | 100,00 %             | 82,56 %              | 121,12 %  |
| Durée d'expiration | 0,50 s               | 0,74 s               | 0,69 s               | -                    |           |
| DEMM               | 5,25 L/s             | 4,13 L/s             | 6,13 L/s             | 4,77 L/s             | 128,51 %  |
| DEMM/CVF           | 2,68 s <sup>-1</sup> | 1,71 s <sup>-1</sup> | 2,14 s <sup>-1</sup> | 1,08 s <sup>-1</sup> | 198,15 %  |
| DE75               | 5,76 L/s             | 5,39 L/s             | 6,54 L/s             | 7,73 L/s             | 84,61 %   |
| DE50               | 5,11 L/s             | 4,13 L/s             | 6,36 L/s             | 5,06 L/s             | 125,69 %  |
| DE25               | 3,85 L/s             | 4,19 L/s             | 4,09 L/s             | 2,26 L/s             | 180,97 %  |