



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 18/03/1998	<b>Profession</b> FLAGMANE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8982	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 94 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,90 L	3,30 L	3,16 L	4,05 L	81,48 %
VEMS	2,44 L	2,53 L	2,58 L	3,44 L	73,55 %
DEP	6,62 L/s	6,83 L/s	6,84 L/s	8,84 L/s	77,26 %
VEMS/ CVF	84,14 %	76,67 %	81,65 %	84,30 %	90,95 %
Durée d'expiration	1,92 s	2,92 s	2,44 s	-	
DEMM	2,45 L/s	2,09 L/s	2,36 L/s	3,96 L/s	52,78 %
DEMM/ CVF	0,84 s-1	0,63 s-1	0,75 s-1	0,98 s-1	64,29 %
DE75	4,89 L/s	4,91 L/s	5,11 L/s	-	
DE50	2,18 L/s	2,91 L/s	3,76 L/s	-	
DE25	1,44 L/s	1,03 L/s	1,62 L/s	-	