

| | |
|--|---|
| Nom HU | Adresse |
| Prénom XUTAO | Exposition |
| Né le 12/09/2001 | Profession TECHNICIEN |
| Age 23 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service |
| ID 4883 | Fumeur Fumeur |
| Taille 171 cm | Groupe ethnique Chinois de Hong Kong |
| Poids 56 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C


Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 52 %



Courbe n°1 ★



| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,99 L | 5,13 L | 77,78 % |
| VEMS | 3,99 L | 4,29 L | 93,01 % |
| DEP | 11,16 L/s | 9,57 L/s | 116,61 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 83,31 % | 120,03 % |
| Durée d'expiration | 0,87 s | - | |
| DEMM | 6,15 L/s | 4,58 L/s | 134,28 % |
| DEMM/CVF | 1,54 s-1 | 0,89 s-1 | 173,03 % |
| DE75 | 10,66 L/s | - | |
| DE50 | 5,95 L/s | - | |
| DE25 | 3,72 L/s | - | |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: