

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> ASSISTANT COOK
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1090	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 80 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 74 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,11 L	2,06 L	2,81 L	75,09 %
VEMS	2,08 L	1,99 L	2,44 L	85,25 %
DEP	3,69 L/s	3,56 L/s	6,59 L/s	55,99 %
VEMS/ CVF	98,58 %	96,60 %	82,00 %	120,22 %
Durée d'expiration	2,23 s	2,26 s	-	
DEMM	3,02 L/s	3,18 L/s	3,67 L/s	82,29 %
DEMM/ CVF	1,43 s-1	1,54 s-1	1,14 s-1	125,44 %
DE75	3,33 L/s	3,22 L/s	5,82 L/s	57,22 %
DE50	3,31 L/s	3,14 L/s	4,15 L/s	79,76 %
DE25	1,83 L/s	2,44 L/s	1,86 L/s	98,39 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: