



<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> WATER TANK DRIVER
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4461	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 81 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,9 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 51 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,73 L	4,58 L	103,28 %
VEMS	4,73 L	3,82 L	123,82 %
DÉP	10,82 L/s	9,95 L/s	108,74 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	1,02 s	-	
DEMM	7,52 L/s	4,88 L/s	154,10 %
DEMM/ CVF	1,59 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	170,97 %
DE75	9,17 L/s	8,51 L/s	107,76 %
DE50	8,77 L/s	5,55 L/s	158,02 %
DE25	4,47 L/s	2,57 L/s	173,93 %