



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FODE KARAMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1627	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,91 L	2,59 L	3,24 L	79,94 %
VEMS	1,91 L	2,59 L	2,69 L	96,28 %
DEP	3,60 L/s	8,00 L/s	7,37 L/s	108,55 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,11 %	121,79 %
Durée d'expiration	1,38 s	1,16 s	-	
DEMM	2,44 L/s	5,74 L/s	3,07 L/s	186,97 %
DEMM/ CVF	1,28 s-1	2,22 s-1	0,95 s-1	233,68 %
DE75	2,86 L/s	7,22 L/s	-	
DE50	1,59 L/s	7,47 L/s	-	
DE25	1,97 L/s	3,16 L/s	-	