

**Nom** KOUROUMA  
**Prénom** AMADOU  
**Né le** 01/01/1993  
**Age** 31 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 319  
**Taille** 166 cm  
**Poids** 54 kg  
**Valeurs prédites** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO



**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Autre  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,7 °C  
 Pression atmosphérique : 698,3 mmHg  
 Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,93 L	2,89 L	2,92 L	4,71 L	61,36 %
VEMS	2,87 L	2,89 L	2,92 L	3,87 L	74,68 %
DEP	4,63 L/s	7,13 L/s	5,69 L/s	9,24 L/s	77,16 %
VEMS/CVF	97,95 %	100,00 %	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	1,37 s	1,22 s	1,23 s	-	
DEMM	3,90 L/s	4,49 L/s	4,32 L/s	4,00 L/s	112,25 %
DEMM/CVF	1,33 s-1	1,55 s-1	1,48 s-1	0,85 s-1	182,35 %
DE75	3,92 L/s	6,34 L/s	5,32 L/s	-	
DE50	3,73 L/s	4,71 L/s	4,52 L/s	-	
DE25	2,85 L/s	2,07 L/s	2,52 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: