



<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/12/1998	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 264	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	4,79 L	71,19 %
VEMS	3,41 L	4,09 L	83,37 %
DEP	11,70 L/s	9,53 L/s	122,77 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,95 s	-	
DEMM	5,47 L/s	4,93 L/s	110,95 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	1,03 s-1	155,34 %
DE75	10,22 L/s	8,09 L/s	126,33 %
DE50	5,86 L/s	5,32 L/s	110,15 %
DE25	3,00 L/s	2,44 L/s	122,95 %