

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 855	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,93 L	4,70 L	104,89 %
VEMS	4,73 L	3,93 L	120,36 %
DEP	7,44 L/s	10,14 L/s	73,37 %
VEMS/CVF	95,94 %	82,20 %	116,72 %
Durée d'expiration	1,66 s	-	
DEMM	6,27 L/s	5,03 L/s	124,65 %
DEMM/CVF	1,27 s-1	0,93 s-1	136,56 %
DE75	6,38 L/s	8,65 L/s	73,76 %
DE50	6,46 L/s	5,69 L/s	113,53 %
DE25	4,38 L/s	2,68 L/s	163,43 %