

<b>Nom</b> MOHAMED	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1348	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 69 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,50 L	3,11 L	4,05 L	76,79 %
VEMS	2,31 L	3,11 L	3,38 L	92,01 %
DEP	6,31 L/s	7,48 L/s	9,20 L/s	81,30 %
VEMS/ CVF	92,40 %	100,00 %	80,59 %	124,08 %
Durée d'expiration	2,29 s	1,00 s	-	
DEMM	3,83 L/s	5,59 L/s	4,47 L/s	125,06 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,80 s-1	0,96 s-1	187,50 %
DE75	6,17 L/s	6,35 L/s	7,90 L/s	80,38 %
DE50	4,41 L/s	5,96 L/s	5,06 L/s	117,79 %
DE25	1,85 L/s	3,92 L/s	2,21 L/s	177,38 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: