



<b>Nom TOURE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SIDIKI</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 02/06/2003</b>	<b>Profession TRIEUR COLLECTEUR</b>
<b>Age 20 Ans</b>	<b>Entreprise CEGEDI</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 26</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 171 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 76 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	
<b>Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA</b>	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 45 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,36 L	4,85 L	69,28 %
VEMS	3,36 L	4,14 L	81,16 %
DEP	11,00 L/s	9,59 L/s	114,70 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,97 s	-	
DEMM	6,76 L/s	4,95 L/s	136,57 %
DEMM/ CVF	2,01 s-1	1,02 s-1	197,06 %
DE75	10,83 L/s	8,14 L/s	133,05 %
DE50	7,15 L/s	5,36 L/s	133,40 %
DE25	3,65 L/s	2,47 L/s	147,77 %