

Nom CAMARA	Adresse
Prénom N'FALY FANINKAMA	Exposition
Né le 06/06/1986	Profession REPRESENTANT HSE
Age 37 Ans	Entreprise CEGEDI
Genre Masculin	Service
ID 14	Fumeur Non fumeur
Taille 159 cm	Prescripteur:
Poids 75 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA	



MED VIE

DES TECHNIQUES INNOVANTES POUR DES SOINS PERSONNALISÉS, EFFICACES ET À FAIBLE CÔÛT

MEDVIE

CENTRE MEDICAL BEYLA

611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 45 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,52 L	2,46 L	2,39 L	3,85 L	65,45 %
VEMS	2,50 L	2,44 L	2,38 L	3,27 L	76,45 %
DEP	4,23 L/s	6,32 L/s	5,99 L/s	8,34 L/s	50,72 %
VEMS/CVF	99,21 %	99,19 %	99,58 %	80,59 %	123,10 %
Durée d'expiration	1,57 s	1,52 s	1,34 s	-	
DEMM	3,98 L/s	5,29 L/s	5,17 L/s	4,20 L/s	94,76 %
DEMM/CVF	1,58 s-1	2,15 s-1	2,16 s-1	1,09 s-1	144,95 %
DE75	3,96 L/s	5,91 L/s	5,73 L/s	7,14 L/s	55,46 %
DE50	3,97 L/s	5,56 L/s	5,48 L/s	4,53 L/s	87,64 %
DE25	3,03 L/s	3,15 L/s	3,35 L/s	1,84 L/s	164,67 %