

**Nom SACKO**  
**Prénom BANGALY**  
**Né le** 12/02/1998  
**Age** 26 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 81  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 84 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin



**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** TOPOGRAPHE  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024  
 Température ambiante : 28,5 °C  
 Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,52 L	3,13 L	4,96 L	70,97 %
VEMS	3,52 L	3,13 L	4,17 L	84,41 %
DÉP	8,96 L/s	8,73 L/s	9,27 L/s	96,66 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	83,97 %	119,09 %
Durée d'expiration	1,17 s	0,99 s	-	
DEMM	5,24 L/s	5,33 L/s	4,50 L/s	116,44 %
DEMM/ CVF	1,49 s-1	1,70 s-1	0,91 s-1	163,74 %
DE75	8,94 L/s	8,14 L/s	7,18 L/s	124,51 %
DE50	5,36 L/s	4,61 L/s	5,27 L/s	101,71 %
DE25	2,80 L/s	3,53 L/s	2,25 L/s	124,44 %