

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MOHAMED II</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 25/09/1995</b>	<b>Profession ELECTRICIEN INDUSTRIEL</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise IBS</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 350</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 179 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 66 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 27,6 °C  
 Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,56 L	2,28 L	2,66 L	3,23 L	4,55 L	70,99 %
VEMS	2,56 L	2,02 L	2,66 L	3,23 L	3,82 L	84,55 %
DÉP	5,72 L/s	2,42 L/s	5,11 L/s	6,46 L/s	9,95 L/s	64,92 %
VEMS/CVF	100,00 %	88,60 %	100,00 %	100,00 %	82,20 %	121,65 %
Durée d'expiration	0,92 s	2,00 s	1,26 s	0,89 s	-	
DEMM	4,43 L/s	2,07 L/s	4,81 L/s	5,01 L/s	4,97 L/s	100,80 %
DEMM/CVF	1,73 s-1	0,91 s-1	1,81 s-1	1,55 s-1	0,95 s-1	163,16 %
DE75	5,64 L/s	1,97 L/s	4,21 L/s	6,35 L/s	8,49 L/s	74,79 %
DE50	4,48 L/s	2,07 L/s	4,87 L/s	5,01 L/s	5,57 L/s	89,95 %
DE25	2,92 L/s	1,66 L/s	4,10 L/s	3,50 L/s	2,60 L/s	134,62 %