

**Nom TOURE**  
**Prénom DJIBA**  
**Né le** 01/01/1975  
**Age** 49 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 48  
**Taille** 176 cm  
**Poids** 73 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** PLOMBIER  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,3 °C

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Humidité : 49 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,40 L	2,62 L	2,48 L	4,61 L	56,83 %
VEMS	2,18 L	2,38 L	2,09 L	3,76 L	63,30 %
DÉP	3,64 L/s	5,11 L/s	2,98 L/s	8,84 L/s	57,81 %
VEMS/CVF	90,83 %	90,84 %	84,27 %	81,56 %	111,38 %
Durée d'expiration	2,02 s	2,60 s	2,32 s	-	
DEMM	2,69 L/s	2,93 L/s	2,08 L/s	3,89 L/s	75,32 %
DEMM/CVF	1,12 s-1	1,12 s-1	0,84 s-1	0,84 s-1	133,33 %
DE75	2,82 L/s	4,14 L/s	2,28 L/s	6,72 L/s	61,61 %
DE50	3,37 L/s	3,92 L/s	2,13 L/s	4,71 L/s	83,23 %
DE25	1,46 L/s	1,67 L/s	1,44 L/s	1,85 L/s	90,27 %