

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DAOUDA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1971	<b>Profession</b> MENUISIER COFFREUR
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 247	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Humidité : 56 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	3,20 L	3,48 L	91,95 %
VEMS	3,01 L	3,10 L	2,85 L	108,77 %
DEP	8,51 L/s	7,31 L/s	7,57 L/s	96,57 %
VEMS/ CVF	99,67 %	96,88 %	81,14 %	119,40 %
Durée d'expiration	1,14 s	1,53 s	-	
DEMM	5,39 L/s	4,96 L/s	3,05 L/s	162,62 %
DEMM/ CVF	1,78 s-1	1,55 s-1	0,88 s-1	176,14 %
DE75	8,44 L/s	7,22 L/s	5,53 L/s	130,56 %
DE50	5,81 L/s	5,68 L/s	3,74 L/s	151,87 %
DE25	2,93 L/s	2,33 L/s	1,38 L/s	168,84 %