

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DAOUDA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/12/1985	<b>Profession</b> ELECTRICIEN INDUSTRIEL
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 348	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 185 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 27,1 °C  
 Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5	Courbe n°6	Courbe n°7	Courbe n°8 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,32 L	1,73 L	2,24 L	2,65 L	2,78 L	2,92 L	2,86 L	2,97 L	4,63 L	64,15 %
VEMS	2,02 L	1,57 L	2,03 L	2,65 L	2,78 L	2,88 L	2,86 L	2,93 L	3,79 L	77,31 %
DÉP	2,82 L/s	2,03 L/s	2,73 L/s	5,80 L/s	6,86 L/s	5,88 L/s	4,92 L/s	5,39 L/s	9,89 L/s	54,50 %
VEMS/CVF	87,07 %	90,75 %	90,62 %	100,00 %	100,00 %	98,63 %	100,00 %	98,65 %	80,41 %	122,68 %
Durée d'expirati	2,77 s	2,39 s	1,97 s	1,33 s	1,65 s	1,58 s	1,49 s	1,62 s	-	
DEMM	2,14 L/s	1,77 L/s	2,33 L/s	4,80 L/s	5,03 L/s	4,83 L/s	4,29 L/s	4,65 L/s	4,66 L/s	99,79 %
DEMM/CVF	0,92 s-1	1,02 s-1	1,04 s-1	1,81 s-1	1,81 s-1	1,65 s-1	1,50 s-1	1,57 s-1	0,88 s-1	178,41 %
DE75	2,57 L/s	1,90 L/s	2,47 L/s	5,66 L/s	6,52 L/s	5,76 L/s	4,64 L/s	5,08 L/s	8,53 L/s	59,55 %
DE50	2,32 L/s	1,84 L/s	2,46 L/s	5,16 L/s	5,21 L/s	4,92 L/s	4,44 L/s	4,91 L/s	5,49 L/s	89,44 %
DE25	1,28 L/s	1,24 L/s	1,53 L/s	3,26 L/s	3,11 L/s	3,14 L/s	3,12 L/s	3,43 L/s	2,50 L/s	137,20 %