

<b>Nom NORAMOU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom SIBA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/06/1985</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 39 Ans</b>	<b>Entreprise IBS</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 169</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 170 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 60 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Valeurs prédites Knudson</b>	
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,3 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,75 L	0,96 L	4,41 L	85,03 %
VEMS	3,54 L	0,96 L	3,66 L	96,72 %
DÉP	7,22 L/s	1,71 L/s	8,62 L/s	83,76 %
VEMS/ CVF	94,40 %	100,00 %	82,60 %	114,29 %
Durée d'expiration	1,41 s	1,09 s	-	
DEMM	5,31 L/s	1,03 L/s	3,91 L/s	135,81 %
DEMM/ CVF	1,42 s <sup>-1</sup>	1,07 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	159,55 %
DE75	7,04 L/s	1,32 L/s	6,54 L/s	107,65 %
DE50	5,31 L/s	1,07 L/s	4,66 L/s	113,95 %
DE25	3,19 L/s	0,71 L/s	1,89 L/s	168,78 %