

<b>Nom</b> KELEBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JACQUES MATHOS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/09/1981	<b>Profession</b> AGENT HSE
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 300	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,00 L	3,68 L	3,47 L	106,05 %
VEMS	3,00 L	3,27 L	2,90 L	112,76 %
DEP	6,96 L/s	7,40 L/s	7,58 L/s	97,63 %
VEMS/CVF	100,00 %	88,86 %	82,29 %	107,98 %
Durée d'expiration	1,12 s	1,89 s	-	
DEMM	5,00 L/s	3,65 L/s	3,22 L/s	113,35 %
DEMM/CVF	1,67 s-1	0,99 s-1	0,93 s-1	106,45 %
DE75	4,76 L/s	6,57 L/s	5,56 L/s	118,17 %
DE50	5,08 L/s	5,34 L/s	3,87 L/s	137,98 %
DE25	3,53 L/s	1,85 L/s	1,51 L/s	122,52 %