

Nom CAMARA	Adresse
Prénom MORY	Exposition
Né le 12/03/1990	Profession PLOMBIER
Age 34 Ans	Entreprise IBS
Genre Masculin	Service
ID 0263	Fumeur Non fumeur
Taille 171 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites NHANES III	Smoking Pack Years : 0
Opérateur LY MAMOUDOU	





Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
 Numéro de série : 232803
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,8 °C
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Humidité : 65 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,60 L	2,20 L	3,00 L	4,10 L	73,17 %
VEMS	2,38 L	2,07 L	2,89 L	3,41 L	84,75 %
DÉP	2,86 L/s	3,07 L/s	5,43 L/s	8,83 L/s	61,49 %
VEMS/CVF	91,54 %	94,09 %	96,33 %	83,02 %	116,03 %
Durée d'expiration	2,26 s	1,73 s	1,62 s	-	
DEMM	2,49 L/s	2,46 L/s	4,28 L/s	3,77 L/s	113,53 %
DEMM/CVF	0,96 s ⁻¹	1,12 s ⁻¹	1,43 s ⁻¹	0,92 s ⁻¹	155,43 %
DE75	2,41 L/s	2,62 L/s	3,79 L/s	-	
DE50	2,49 L/s	2,51 L/s	4,86 L/s	-	
DE25	1,99 L/s	1,70 L/s	2,38 L/s	-	