

**Nom** SOUMAORO  
**Prénom** DJIBA  
**Né le** 18/04/1999  
**Age** 25 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 2  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 55 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** AGENT DE SECURITE  
**Entreprise** G4S  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0




**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 232803  
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,8 °C  
Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
Humidité : 62 %



| Nom                | Courbe n°1<br>(Validée) | Courbe n°2 | Courbe n°3 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,51 L                  | 3,25 L     | 3,18 L     | 5,16 L   | 68,02 %   |
| VEMS               | 3,51 L                  | 3,25 L     | 3,18 L     | 4,33 L   | 81,06 %   |
| DEP                | 8,58 L/s                | 6,90 L/s   | 10,95 L/s  | 9,49 L/s | 90,41 %   |
| VEMS/ CVF          | 100,00 %                | 100,00 %   | 100,00 %   | 84,08 %  | 118,93 %  |
| Durée d'expiration | 1,15 s                  | 1,08 s     | 0,86 s     | -        |           |
| DEMM               | 5,88 L/s                | 6,02 L/s   | 5,75 L/s   | 4,65 L/s | 126,45 %  |
| DEMM/ CVF          | 1,68 s-1                | 1,85 s-1   | 1,81 s-1   | 0,90 s-1 | 186,67 %  |
| DE75               | 8,55 L/s                | 6,70 L/s   | 9,62 L/s   | 7,39 L/s | 115,70 %  |
| DE50               | 6,45 L/s                | 6,30 L/s   | 6,17 L/s   | 5,45 L/s | 118,35 %  |
| DE25               | 3,39 L/s                | 4,30 L/s   | 3,49 L/s   | 2,34 L/s | 144,87 %  |