



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KABA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> VIGIL
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> G4S
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 82	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 94,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 70 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	3,83 L	3,82 L	4,20 L	90,95 %
VEMS	3,28 L	3,57 L	3,63 L	3,58 L	101,40 %
DEP	9,02 L/s	8,68 L/s	8,37 L/s	9,10 L/s	91,98 %
VEMS/ CVF	96,19 %	93,21 %	95,03 %	84,67 %	112,24 %
Durée d'expiration	1,77 s	2,25 s	1,79 s	-	
DEMM	7,08 L/s	6,50 L/s	6,79 L/s	4,11 L/s	165,21 %
DEMM/ CVF	2,08 s-1	1,70 s-1	1,78 s-1	0,98 s-1	181,63 %
DE75	8,74 L/s	8,61 L/s	7,56 L/s	-	
DE50	7,70 L/s	7,62 L/s	7,55 L/s	-	
DE25	4,02 L/s	2,89 L/s	3,07 L/s	-	