# Examen réalisé le 18/06/2024 à 07:22

| | |
|---|---|
| **Nom** CONDE | **Adresse** |
| **Prénom** AMARA | **Exposition** |
| **Né le** 01/01/2000 | **Profession** AGENT DE SECURITE |
| **Age** 24 Ans | **Entreprise** G4S |
| **Genre** Masculin | **Service** |
| **ID** 5 | **Fumeur** Non fumeur |
| **Taille** 170 cm | **Groupe ethnique** Origine africaine |
| **Poids** 64 kg | **Prescripteur:** |
| **Valeurs prédites** Knudson | **Smoking Pack Years :** 0 |
| **Opérateur** admin admin | |

**Fim medical**
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,9 °C
Pression atmosphérique : 93,7 kPa
Humidité : 59 %







| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|---|---|---|---|---|
| CVF | 1,53 L | 3,89 L | 4,91 L | 79,23 % |
| VEMS | 1,53 L | 3,89 L | 4,23 L | 91,96 % |
| DEP | 4,94 L/s | 10,38 L/s | 9,18 L/s | 113,07 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 100,00 % | 84,18 % | 118,79 % |
| Durée d'expiration | 0,89 s | 1,10 s | - | |
| DEMM | 2,98 L/s | 7,12 L/s | 4,76 L/s | 149,58 % |
| DEMM/CVF | 1,95 s-1 | 1,83 s-1 | 0,97 s-1 | 188,66 % |
| DE75 | 4,59 L/s | 9,74 L/s | 8,38 L/s | 116,23 % |
| DE50 | 3,07 L/s | 8,57 L/s | 5,60 L/s | 153,04 % |
| DE25 | 2,16 L/s | 4,58 L/s | 2,37 L/s | 193,25 % |

*Signature du patient:*

*SpirowinExpert - v04.00.00*

*Signature de l'opérateur:*

*Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51*