



<b>Nom</b> BEAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/01/1992	<b>Profession</b> LOGISTIQUE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> SOGEFEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 26	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 184 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	4,09 L	4,04 L	4,72 L	86,65 %
VEMS	4,05 L	4,01 L	3,91 L	103,58 %
DEP	7,31 L/s	9,65 L/s	10,09 L/s	72,45 %
VEMS/CVF	99,02 %	99,26 %	81,48 %	121,53 %
Durée d'expiration	1,37 s	1,34 s	-	
DEMM	6,31 L/s	7,01 L/s	4,90 L/s	128,78 %
DEMM/CVF	1,54 s-1	1,74 s-1	0,90 s-1	171,11 %
DE75	6,67 L/s	9,64 L/s	8,65 L/s	77,11 %
DE50	6,46 L/s	7,85 L/s	5,64 L/s	114,54 %
DE25	4,34 L/s	4,07 L/s	2,63 L/s	165,02 %