



Nom DAYANGHIRANG	Adresse
Prénom DONALD	Exposition
Né le 08/07/1975	Profession HSE MANAGER
Age 48 Ans	Entreprise SOGEFEL
Genre Masculin	Service
ID 22	Fumeur Non fumeur
Taille 161 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 31,8 °C
 Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 100,7 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 65 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,01 L	2,78 L	2,51 L	3,20 L	94,06 %
VEMS	2,66 L	2,49 L	2,17 L	2,64 L	100,76 %
DEP	6,38 L/s	6,66 L/s	4,74 L/s	7,99 L/s	79,85 %
VEMS/ CVF	88,37 %	89,57 %	86,45 %	78,62 %	112,40 %
Durée d'expiration	2,86 s	3,94 s	4,72 s	-	
DEMM	4,03 L/s	3,87 L/s	2,99 L/s	3,76 L/s	107,18 %
DEMM/ CVF	1,34 s-1	1,39 s-1	1,19 s-1	1,02 s-1	131,37 %
DE75	6,27 L/s	5,66 L/s	4,30 L/s	6,93 L/s	90,48 %
DE50	5,65 L/s	5,84 L/s	3,60 L/s	4,27 L/s	132,32 %
DE25	1,46 L/s	1,36 L/s	0,97 L/s	1,61 L/s	90,68 %