


<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOLO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> FRIGORISTE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> KCTC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 40	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**


Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,7 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %



~ Courbe n°1 ★

~ Courbe n°2

~ Courbe n°3



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,71 L	3,66 L	3,63 L	5,47 L	67,82 %
VEMS	3,71 L	3,66 L	3,63 L	4,45 L	83,37 %
DEP	8,79 L/s	11,53 L/s	11,44 L/s	10,28 L/s	85,51 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	0,96 s	0,91 s	0,76 s	-	
DEMM	6,75 L/s	7,27 L/s	7,17 L/s	4,43 L/s	152,37 %
DEMM/ CVF	1,82 s-1	1,99 s-1	1,98 s-1	0,81 s-1	224,69 %
DE75	8,56 L/s	10,88 L/s	10,29 L/s	-	
DE50	7,24 L/s	8,16 L/s	7,70 L/s	-	
DE25	4,30 L/s	4,65 L/s	4,29 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: