



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'GOFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> JARDINIER
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> KCTC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 55	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	3,59 L	4,13 L	86,92 %
VEMS	3,28 L	3,38 L	3,48 L	97,13 %
DEP	5,19 L/s	5,12 L/s	8,94 L/s	57,27 %
VEMS/ CVF	96,19 %	94,15 %	83,94 %	112,16 %
Durée d'expiration	1,44 s	2,32 s	-	
DEMM	4,42 L/s	4,40 L/s	3,94 L/s	111,68 %
DEMM/ CVF	1,30 s-1	1,23 s-1	0,95 s-1	129,47 %
DE75	4,78 L/s	4,97 L/s	-	
DE50	4,41 L/s	4,65 L/s	-	
DE25	3,14 L/s	2,73 L/s	-	