## Examen réalisé le 17/05/2024 à 07:56

Nom CAMARA Prénom MORISOUMA

**Né le** 07/01/1978 **Age** 46 Ans

Genre Masculin

**ID** 24 Taille 175 cm Poids 64 kg

Valeurs prédites Knudson Opérateur admin admin

Adresse **Exposition** 

**Profession MANUT Entreprise** GIP

Service

Fumeur Fumeur Prescripteur:

**Smoking Pack Years:** 0




Fim medical 51 rue Primat +33 (0)4 72 34 89 89

+33(0)4 72 33 43 51

## **Conclusion:**

Version du logiciel embarqué: V01.02.00 Température ambiante : 26,4 °C Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique: 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 50 %



4	<b>\</b>	
3 -		
2 -		
1 -		
0 -	1 2 3 4 5 6 7 Temps	(s)

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	3,34 L	4,62 L	72,29 %
VEMS	3,32 L	3,33 L	3,78 L	88,10 %
DEP	7,89 L/s	7,40 L/s	8,85 L/s	83,62 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,70 %	81,87 %	121,78 %
Durée d'expiration	1,10 s	1,21 s	-	
DEMM	5,08 L/s	5,11 L/s	3,94 L/s	129,70 %
DEMM/CVF	1,53 s-1	1,53 s-1	0,85 s-1	180,00 %
DE75	7,30 L/s	7,39 L/s	6,74 L/s	109,64 %
DE50	5,74 L/s	5,35 L/s	4,75 L/s	112,63 %
DE25	3,16 L/s	3,04 L/s	1,89 L/s	160,85 %