



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 21/12/1988	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 87	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 64 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	3,70 L	3,69 L	4,17 L	88,73 %
VEMS	3,14 L	3,69 L	3,55 L	3,46 L	106,65 %
DEP	9,60 L/s	11,66 L/s	11,53 L/s	8,94 L/s	130,43 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,73 %	96,21 %	82,66 %	120,65 %
Durée d'expiration	0,86 s	1,24 s	1,39 s	-	
DEMM	6,86 L/s	6,54 L/s	5,48 L/s	3,75 L/s	174,40 %
DEMM/ CVF	2,18 s-1	1,77 s-1	1,49 s-1	0,90 s-1	196,67 %
DE75	9,35 L/s	10,95 L/s	9,22 L/s	-	
DE50	6,54 L/s	7,36 L/s	7,16 L/s	-	
DE25	3,49 L/s	4,36 L/s	2,67 L/s	-	