



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 59	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,3 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 94 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 69 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,69 L	2,95 L	2,91 L	3,80 L	77,63 %
VEMS	2,69 L	2,95 L	2,91 L	3,17 L	93,06 %
DEP	5,91 L/s	6,04 L/s	5,50 L/s	8,33 L/s	72,51 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	0,96 s	0,94 s	0,93 s	-	
DEMM	3,68 L/s	4,84 L/s	4,81 L/s	3,55 L/s	136,34 %
DEMM/ CVF	1,37 s-1	1,64 s-1	1,65 s-1	0,93 s-1	176,34 %
DE75	5,87 L/s	5,52 L/s	5,31 L/s	-	
DE50	3,65 L/s	5,19 L/s	5,15 L/s	-	
DE25	2,24 L/s	2,99 L/s	3,07 L/s	-	